

Organismo Notificado nº: 0053. CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN CE POR UNIDAD.MÓDULO G
Notified Body Nr: 0053. CE UNIT VERIFICATION CERTIFICATE. MODULE G
Organismo de Control Autorizado acreditado por ENAC con acreditación N° OC-I/025
Solicitante: PROCESS INTEGRAL DEVELOPMENT ENG&TECH, S.L
Applicant
Tipo de equipo: BANCO DE ENSAYOS DE HASTA 500W PARA MONOCELDAS
Vessel Type:
N° fabricación: PP0809KSU
Manufacturing N°

MARCAS SOBRE LA PLACA DEL FABRICANTE NAMEPLATE MARKING
Fabricante: PROCESS INTEGRAL DEVELOPMENT **Marca del fabricante:** PID ENG&TECH
Manufacturer: ENG&TECH, S.L. *Brand of Manufacturer :*
Lugar de fabricación: C/ Plomo, 15. Pol. Ind. Sur. 28770 Colmenar **Mes/Año construcción:** OCTUBRE/2008
Location: Viejo- Madrid-España *Month/Year of construction:*

Recinto - Chamber	1	2
Presión máxima admisible <i>Maximun allowable pressure::</i>	PS (bar): 340	
Presión de prueba <i>Test pressure</i>	PT (bar): 374	
Temperatura mínima / máxima admisible <i>Minimun / Maximun allowable temperature::</i>	TS (°C): 15-90	
Volumen interno <i>Capacity:</i>	V (Liter): 1	
Fluido contenido / grupo: <i>Fluids / group:</i>	CO ₂ /1	
Categoría: <i>Category:</i>	III	

Lista de partes más significativas de la Documentación Técnica: *List of relevant parts of technical documentation:*
N° Plano / Drawing N PP0809KSU REV. 16/10/08
Materiales / Materials N/A
Código o norma / Code or standard N/A

Nota/ Note: *Para mas recintos ver observaciones/For more chambers see remarks*
Se ha aprobado la Documentación Técnica y sellado todas las páginas que la componen *Technical documentation has been assessed and all pages are stamped*

OBSERVACIONES: 1). Los accesorios de control y seguridad no han sido probados. El aparato deberá someterse a nueva inspección antes de su puesta en servicio. *Safety devices were not tested, it is therefore necessary to carry out acceptance test before commissioning.*
Remarks
Integración de elementos con marcado CE

Comprador/Usuario/Emplazamiento: KSU. UNIVERSIDAD DE ARABIA SAUDÍ(RIYADH-ARABIA SAUDÍ)
Purchaser/User/Place

Declaración ATISAE: **Habiendo resultado SATISFACTORIAS las evaluaciones efectuadas, la placa del constructor ha sido colocada en el equipo verificado y grabada por ATISAE con:** **CE 0053**
Declaration of ATISAE *To indicate the satisfactory assessment, the nameplate was placed on the verified equipment and stamped by ATISAE as follows:*
Lugar, Fecha: MADRID, 03 NOVIEMBRE 2008
Location, Date:
Inspector autorizado: LUIS RAMIREZ MATA
Authorized Inspector:
Firma / cargo:
Sign / Post

